

**חומר לסעיף 3 חלק א'  
ישיבת מועצה מס. 165 – 9.11.17**

**כללי מדידת מים (מדי מים) (תיקון), התשע"ח-2017**

בתוקף סמכותה לפי סעיף 13(1) לחוק מדידת מים, התשט"ו-1955,<sup>1</sup> קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

תיקון סעיף 1 .1 בסעיף 1 לכללי מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988<sup>2</sup> (להלן – הכללים העיקריים)

(1) לפני ההגדרה "מד מים" יבוא:

"אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים וביוב, שהוקמה לפי סעיף 124א לחוק המים, שכתובתו [www.water.gov.il](http://www.water.gov.il);

(2) במקום ההגדרה "מד מים" יבוא:

"מד מים" – מכשיר המונה וסוכם את כמויות המים המופקות או המסופקות;"

(3) אחרי ההגדרה "בעל רשיון לבית מלאכה או למבדקה" יבוא:

"הדירקטיבה האירופאית" – הדירקטיבה האירופאית EU/2014/32 בנוגע למדי מים, על עדכונה;

"חוק התקנים" – חוק התקנים, התשי"ג – 1953<sup>3</sup>;

"מכון התקנים" – מכון התקנים הישראלי שהוקם לפי סעיף 2 לחוק התקנים;

(3) בסופו יבוא:

"תיק מוצר" – תיעוד טכני של מד המים, כפי שהוגש למכון התקנים או לגורם המאשר, הקבוע בהוראות הדירקטיבה האירופית, הכולל את פרטי המוצר על כל מרכיביו, אופן ייצורו ותפעולו ואת שאר הפרטים המאפשרים את הערכת התאמתו לדרישות התקן הישראלי או הדירקטיבה האירופית, לפי העניין."

ביטול סעיף 33 .2 סעיף 33 לכללים העיקריים – בטל.

החלפת סעיף 33א .3 במקום סעיף 33א לכללים העיקריים יבוא:

"אישור דגם מד מים 33א. (א) מנהל הרשות הממשלתית רשאי לאשר דגם מד מים שמתקיימים בו כל המפורטים להלן והוא רשאי להתנות את אישורו בתנאים:

<sup>1</sup> ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשס"ו, עמ' 350.  
<sup>2</sup> ק"ת התשמ"ח, עמ' 1110; התשע"ז, עמ' 51.  
<sup>3</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162

- (1) הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 63 או הדירקטיבה האירופאית;
- (2) ניתן לגביו אישור מכון התקנים לפיו הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5452 למוצרים הבאים במגע עם מי שתייה;
- (3) יש הוראות ברורות ומפורטות דיין, בעברית, להתקנה, שימוש, תחזוקה ותיקון של דגם מד המים;
- (4) יש תיק מוצר ברור ומפורט דיו, של דגם מד המים;
- (5) יש שתי מבדקות לפחות שעל פי הרישיון שניתן להן לפי סעיף 4 מוסמכות לבדוק מדי מים מסוג, ואחת מהן לפחות אינה צד קשור ליצרן מד המים או לנציגו בישראל;
- (6) מנהל הרשות הממשלתית שוכנע כי תקופת תפקודו התקין עולה על תקופת הבדיקה והכיול של מד מים מסוג לפי סעיף 44, ובלבד שלא תפחת משנתיים;
- (7) במד מים שאושר לטמפרטורה של פחות מ-50 מעלות צלסיוס – התקבל אישור של מכון התקנים על התאמתו למים חמים לפי תקן ישראלי ת"י 63.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מנהל הרשות הממשלתית לא יאשר דגם מד מים מטיפוס חד סילוני או נפחי.
- (ג) תקופת האישור לדגם מד מים לא תעלה על עשר שנים, ובדגם מד מים שקיבל אישור בשל עמידה בדרישות הדירקטיבה האירופאית – התקופה לגביה ניתן לו אישור לפי הדירקטיבה האירופאית.

(ד) אישר מנהל הרשות הממשלתית דגם מד מים, יפרט באישור את סימונו, ואם הוא אינו מסוג שמנוי בסעיף 44 – גם את מועדי הבדיקה והכיול שלו".

4. אחרי סעיף 33 לכללים העיקריים יבוא :

עד 33

"אישור מד מים 33.ב. שוכנע מנהל הרשות הממשלתית שאין אפשרות במקרים מסוימים מעשית להתקין במקרה מסוים מד מים מדגם שאושר לפי הכללים, רשאי הוא לאשר שימוש במד מים אחר, ובלבד שיכלול באישור הוראות להתקנה, שימוש, אחזקה, בדיקה, כיול וסימון של מד המים וכן את הנימוקים לאישור שניתן.

סימון מד מים 33.ג. (א) מד מים יסומן בסימון שהורה עליו מנהל הרשות באישור לדגם מד המים.

(ב) הסימון יעשה במקום נראה לעין, גודלו לא יקטן מגודל סימוני התקינה שמצוינים על מד המים והוא יותקן כך שלא יהיה ניתן להסרה ללא פגיעה במד המים.

פרסום דגמי מד מים 33.ד. מנהל הרשות הממשלתית יפרסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב את דגמי מד המים שאושרו לפי סעיף 33 א סימונם ומועדי הבדיקה והכיול שלהם,, את האישורים שניתנו לפי סעיף 33 ב וכן החלטות שלא לאשר מד מים; נקבעו תנאים באישור של מד מים, יפרסמו התנאים; החלטות יפורסמו ביחד עם הנימוקים להן.

בקשה לאישור דגם 33.ה. (א) יצרן של מדי מים או נציגו בישראל המבקש לקבל אישור לדגם מד מים יגיש למנהל הרשות הממשלתית בקשה בנוסח הערוך לפי נוסח טופס 3 בתוספת השלישית, בצירוף המסמכים הנדרשים בטופס לתמיכה בבקשה.

(ב) הבקשה תוגש באמצעי אלקטרוני, כפי שיפרסם מנהל הרשות הממשלתית באתר האינטרנט.

(ג) מגיש הבקשה יציין בבקשה פרטים שלדעתו גילויים עלול לחשוף סוד מסחרי, ואם עשה כן – לא יגלה מנהל הרשות הממשלתית פרטים מהבקשה שלדעתו העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי כאמור, בכפוף לסעיפים 10 ו-11 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1988.<sup>4</sup>

(ד) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות למבקש להעביר לו מידע ומסמכים נוספים הדרושים לצורך בחינת הבקשה, בתוך תקופה שיוורה.

דיווח ואישור שנתי 133. (א) אדם שקיבל אישור לדגם מד מים יודיע למנהל הרשות, ללא דיחוי, אם דגם מד המים חדל לקיים איזה מהתנאים שבסעיף 33א.

(ב) אדם שקיבל אישור לדגם מד מים בשל עמידה בדרישות הדירקטיבה האירופאית, יגיש למנהל הרשות הממשלתית, אחת לשנה, אישור לפי הדירקטיבה האירופאית לכך שמד המים עומד בדרישותיה.

מד מים מותר 133. (א) ספק, מפיך או תאגיד צרכן לא ישתמש במד מים, לצורך מדידת מים, אלא אם כן מד המים הוא מדגם שאושר לשימוש לפי סעיף 33א או אושר לשימוש לפי סעיף 33ב, ומסומן לפי סעיף 33ג.

ביטול אישור 33ח. מנהל הרשות הממשלתית רשאי, מנימוקים שיפורטו בהחלטתו ולאחר שנתן למי שקיבל את האישור הזדמנות להשמיע את טענותיו, לבטל אישור שנתן לדגם מד מים לפי סעיף 33א, בהתקיים אחד מאלה:

(1) דגם מד המים אינו עומד בתנאים שבסעיף 33א או בתנאים שנקבעו באישור;

(2) לא התקבל אישור על עמידה בדרישות לפי סעיף 133;

(3) נתגלו ליקויים בתפקודו של דגם מד המים."

תיקון סעיף 44 5. בסעיף 44(א) לכללים העיקריים, בסופו יבוא:

<sup>4</sup> ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

"(5) מד מים אחר – לפי הוראות שיורה מנהל הרשות הממשלתית באישור שנתן לדגם מד המים או למד מים לפי הכללים".

6. ביטול סעיף 54 סעיף 54 לכללים העיקריים – בטל.

7. הוספת תוספת שלישית אחרי התוספת השניה לכללים יבוא :

### "תוספת שלישית"

(סעיף 33ה)

### טופס 3

#### בקשה לאישור דגם מד מים

לפי כללי מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988

אני הח"מ, [שם המבקש], מבקש אישור לדגם מד המים המפורט להלן לפי סעיף 33 לכללי מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988.

1. פרטי המבקש (נציג יצרן מד המים)

שם המבקש: \_\_\_\_\_

מספר ת"ז/ח"פ: \_\_\_\_\_

מען: \_\_\_\_\_

מספר טלפון: \_\_\_\_\_

דואר אלקטרוני: \_\_\_\_\_

אני מצהיר כי אני נציג היצרן בישראל/יצרן מד המים (מחק את המיותר).

2. פרטי יצרן מד המים (יש למלא אם שונים מפרטי המבקש)

שם היצרן: \_\_\_\_\_

מספר מזהה: \_\_\_\_\_

מען: \_\_\_\_\_

מספר טלפון: \_\_\_\_\_

דואר אלקטרוני: \_\_\_\_\_

3. פרטי מד המים

שם מד המים (דגם): \_\_\_\_\_

תיאור מד המים: \_\_\_\_\_

קטרים קיימים של מד המים: \_\_\_\_\_

הערות: \_\_\_\_\_

4. מסמכים המצורפים לבקשה

צירפתי לבקשה את המסמכים הבאים:

- (1) לדגם מד מים העומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 63 – אישור תקינה לפי תקן ישראלי ת"י 63; לדגם מד מים אחר – כל אלה:
- (א) תעודת EC Type Examination, כולל דוח פרטני של הבדיקות התומך בתעודה שהוגשה;
- (ב) אישור EC DECLARATION OF CONFORMITY;
- (ג) אם המסמכים שבפסקאות (א) ו-(ב) אינם באנגלית – תרגום נוטריוני מאושר לעברית או לאנגלית שלהם;
- (ד) אם דגם מד המים אושר לטמפרטורה של פחות מ-50 מעלות צלסיוס – אישור של מכון התקנים על התאמתו למים חמים לפי תקן ישראלי ת"י 63;
- (2) אישור מכון התקנים בדבר התאמה של דגם מד המים למי שתיה לפי תקן ישראלי ת"י 5452;
- (3) הוראות להתקנה, שימוש, תחזוקה ותיקון של דגם מד המים;
- (4) תיק מוצר של דגם מד המים הכולל את כל אלה:
- (א) מפרט טכני, כולל תמונות, תרשימים ותכונות מטרולוגיות;
- (ב) שרטוט חתך מד מים, כולל פירוט חלקים;
- (ג) הסבר מילולי המאפשר הבנת תפקודו של מד המים;
- (ד) רשימת חלקים עיקריים ושמות יצרנים;
- (ה) פירוט מרכיבים אלקטרוניים;
- (ו) אורך חיים מובטח על ידי היצרן;
- (ז) קטלוג של מד המים;
- (5) רשימת מבדקות שמוסמכות כדין לבדוק את מד המים;
- (6) תמונת לוגו של יצרן מד המים.

5. פרטים בבקשה שהם סוד מסחרי (סמן במקום המתאים)

- הבקשה אינה כוללת סודות מסחריים.
- מצורפת רשימה של פרטים המופעים בצרופות לבקשה שלדעתי גילויים עלול לחשוף סוד מסחרי, בצירוף נימוקים.

ולראיה באתי על החתום.

תאריך: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[שם המבקש]

8. הוראת שעה בתקופה שעד יום כ"א באדר ב' התשפ"ד (31 במרס 2024), יראו כאילו אחרי סעיף 33 לכללים העיקריים נאמר:
- "הוראת שעה 33ט. (א) בסעיף זה –

"היום הקובע" – כ"ה באדר התשע"ט (31 במרץ 2019);

"המועד האחרון ליישום" – י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021);

"המועד האחרון לכיול ולבדיקה" – המועד האחרון שבו ספק, מפיק או תאגיד צרכן חייב למסור מד מים לבדיקה ולכיול לפי סעיפים 44 ו-45;

"מד מים מאושר" – מד מים מדגם שאושר לשימוש לפי הכללים, וכן מד מים שקיבל לפני היום הקובע תעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן לפי סעיף 12(א) לחוק התקנים;

"מד מים מסומן" – מד מים מאושר שסומן כפי שהורה באישור מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיפים 33א או 33ב.

(ב) על אף האמור בסעיף 33 –

(1) עד יום ט"ז בתמוז התשע"ח (29 ביוני 2018) רשאי ספק, מפיק או תאגיד צרכן להתקין ולהשתמש במד מים, גם אם הוא אינו מד מים מאושר;

(2) מהיום הקובע לא יתקין ספק, מפיק או תאגיד צרכן מד מים, אלא אם כן הוא מד מים מסומן;

(3) מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 44 ו-45 –

(א) בתקופה שמהיום הקובע עד המועד האחרון ליישום, רשאי ספק, מפיק או תאגיד צרכן להמשיך ולהשתמש במד מים שהותקן לפני היום הקובע, גם אם הוא אינו מד מים מאושר;

(ב) עד המועד האחרון ליישום יסיר ספק, מפיק או תאגיד צרכן כל מד מים המשמש אותו שאינו מד מים מאושר;

(ג) מהמועד האחרון ליישום, רשאי ספק, מפיק או תאגיד צרכן להמשיך ולהשתמש במד מים מאושר שהותקן לפני היום הקובע, גם אם הוא אינו מד מים מסומן, עד המועד האחרון לכיול ולבדיקה;

(4) ספק, מפיק או תאגיד צרכן ידווח למנהל הרשות הממשלתית עד ליום ה' באדר התש"פ (1 במרס 2020) על מספר מדי המים המשמשים אותו נכון ליום ד' בטבת התש"פ (1 בינואר 2020) או למועד מאוחר יותר, שאינם מד מים מסומן; הדיווח יכלול פירוט של מספר מדי המים מכל דגם שלא אושר לשימוש לפי סעיף קטן (א), תוך הבחנה בין מדי מים מדגם שאושר לשימוש לפי סעיף 54 לכללים העיקריים בנוסחם לפני יום התחילה או שקיבל תעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן לפי סעיף 12(א) לחוק התקנים לפני היום הקובע ובין מדי מים אחרים, וכן של מספר מדי המים מכל דגם שאושר לשימוש לפי סעיף קטן (א), שאינם מד מים מסומן".

---

גיורא שחם  
יושב ראש מועצת  
הרשות הממשלתית למים ולביוב

התשע"ח \_\_\_\_\_  
(2017 \_\_\_\_\_)

(195-3-1ת)



## דברי הסבר

התקן הישראלי למדי מים (ת"י 63) הינו תקן רשמי, ועל כן, בהתאם להוראות חוק התקנים, תשי"ג-1953, לא ניתן לעשות שימוש במד מים שאין לגביו אישור כי הוא תואם את התקן הישראלי. כיום ניתן לבצע בדיקת התאמה לתקן רק במעבדות של מכון התקנים הישראלי. מעבדות אלו לא נותנות שירות למגוון גדול של מדי מים ולכן נוצר כשל, המקשה, ולעתים אף מונע, מן הספקים לציית להוראות הדין.

בשנת 2011 תיקנה מועצת הרשות הממשלתית את כללי מדידת מים וקבעה את סמכותו של מנהל הרשות לאשר דגמים של מדי מים שניתן לעשות בהם שימוש ולסמנם ככאלה. מנהל הרשות קבע נוהל לאישור דגמי מדי מים, אולם נוכח ההוראה המחייבת שמד המים יהיה בעל אישור מטעם מכון התקנים והעדר האפשרות המעשית לקבל הכרה שכזו, ספקי המים והמפיקים לא יכלו להיענות לפרסום ולא הגישו דגמים של מדי מים לאישור.

במהלך שנת 2014 קיבלה רשות המים פניה ממשרד הכלכלה לבחון את האפשרות להסרת הרשמיות מתקן ישראלי למדי מים. בהמשך לפניה ולאחר בחינה שנערכה על ידי הצוות המקצועי ברשות המים, גובש הסדר עדכני לפי סעיף 33 לכללים, המאפשר אישור של דגמי מדי מים שאינם בעלי אישור מאת מכון התקנים. בהתאם להסדר המוצע, ניתן להגיש בקשה לאישור דגמים של מדי מים אם יש לגביהם אישור של מכון התקנים הישראלי או של מוסדות תיקנה אירופאים, בכפוף לעמידה בבדיקות נוספות כמפורט בכללים.

הכללים המוצעים מסדירים את הוראות המעבר, במהלך תקופת הביניים שמיום תחילתם ועד שיהיו בשוק דגמי מדי מים מאושרים ומסומנים כנדרש.

**סעיף 1** מוצע להרחיב את ההגדרה של מד מים ולהחילה על כל מכשיר המשמש למדידה ולסכימה של כמות מים. כמו כן מוצע להגדיר את המונחים המשמשים בכללים לרבות הדירקטיבה האירובית, תיק מוצר, מכון התקנים ועוד.

**סעיף 2** סעיף 33 לכללים קובע, כי התקן הישראלי למדי מים יהיה חלק בלתי נפרד מהכללים. לאור האפשרות שנקבעה בכללים לאשר דגמים של מדי מים שלא ניתן לגביהם אישור מכון התקנים, מוצע לבטל את סעיף 33, ולהפסיק את הכללת הוראות התקן בכללים.

**סעיף 3** מוצע לתקן את סעיף 33 לכללים העיקריים, ולקבוע כי מנהל הרשות רשאי לאשר דגמים של מדי מים התואמים את התקן הישראלי או את הדירקטיבה האירופית. ועומדים בתנאים המפורטים בכללים. תנאים אלה כוללים – במקרה של מד מים שאושר לטמפרטורה של פחות מ-50 מעלות צלזיוס – קבלת אישור על התאמתו למים חמים לפי התקן הישראלי. כמו כן על המתאים לעמוד בדרישות התקן הישראלי לעניין מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה. כן מוצע להבהיר כי הסעיף מתייחס גם ל"תאגיד צרכן".

**סעיף 4** ישנם מקרים בהם לא ניתן מבחינה מעשית להתקין מד מים מדגם שאושר לפי הכללים. למשל, במקרים בהם לא ניתן להתקין מכשור בתוך הצינורות. במקרים אלה, הפתרון עשוי להצריך שימוש במדי מים מסוגים שככלל אינם מותרים לשימוש לצורך מדידת מים. סעיף 33 מסדיר את מנגנון האישור הפרטני של השימוש במדי מים אלה. במקרה כזה נדרש מנהל הרשות לקבוע הוראות פרטניות באשר לשימוש, אחזקה, כיול, בדיקה וסימון של אותם מדי מים.

סעיף 33 קובע חובת סימון של דגם מד המים. הסימון ייעשה במקום נראה לעין, בגודל סביר, שלא יפחת מגודל סימוני התקינה שעל מד המים ובאופן שלא ניתן להסירו ללא פגיעה במד המים.

סעיף 33 ד מוצע לקבוע כי רשימת דגמי מד המים המאושרים, סימונם ותקופת הבדיקה והכיוול שלהם יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות. הפרסום יאפשר לצרכנים ומשתמשים במים לוודא כי מד המים שהותקן אצלם הוא מד מים מאושר ולוודא כי לא חלפה תקופת כיוול. כמו כן מוצע לקבוע את החובה לפרסם את כלל ההחלטות שניתנו לפי הכללים והנימוקים להן.

סעיף 33 ה מסדיר את אופן הגשת בקשה לאישור דגם מד מים והמסמכים שיש לצרף לבקשה. מוצע לקבוע כי אם מגיש הבקשה הצהיר על פרטים המהווים סוד מסחרי שנכללו בבקשה ומנהל הרשות השתכנע כי גילויים עלול לחשוף סוג מסחרי, לא יגלה אותם לציבור אלא במקרים המפורטים בחוק חופש המידע.

סעיף 33 ו הדירקטיבה האירופאית קובעת חובה על יצרן מד מים לתקף את העמידה בדרישות התקינה אחת לשנה. מוצע לדרוש ממי שקיבל את האישור לדגם מד המים להגיש את האישור התקופתי לפי הדירקטיבה על עמידה בדרישות התקינה.

סעיף 33 ז קובע איסור על שימוש במד מים שאינו מאושר ומסומן כדון, בדומה לקבוע כיום בסעיף 33 א(ב) לכללים.

סעיף 33 ח מוצע לקבוע את המקרים בהם רשאי מנהל הרשות הממשלתית לבטל אישור שנתן לדגם מד מים. ניתן לבטל אישור במקרים בהם מד המים חדל לעמוד בתנאים לקבלת אישור, כגון אי-עמידה בדרישות התקינה, במקרים בהם מקבל האישור לא הציג את האישור השנתי על עמידה בדרישות התקינה, ובמקרים בהם נתגלו ליקויים בתפקודו של דגם מד המים. ביטול האישור יעשה בהחלטה מנומקת ולאחר מתן זכות שימוע למקבל האישור.

**סעיף 5** בעקבות ההרחבה של הגדרה של מד מים והחלתה על כלל המכשירים למדידת מים, יש להסדיר בכללים את מועדי הבדיקה והכיוול של מדי מים מטכנולוגיות אחרות, מלבד מדי מים מטיפוס רב סילוני או מהירות-וולטמן. ההתקנה והבדיקה של מדים אלה הוסדרה, עד היום, בסעיף 54 לכללים שעסק במדי מים שהכללים אינם חלים עליהם.

**סעיף 6** בעקבות ההרחבה של הגדרה של מד מים והחלתה על כלל המכשירים למדידת מים, מתייחד הצורך בסעיף 54 לכללים, המקנה למנהל הרשות סמכות לקבוע הוראות לענין התקנה ובדיקה של מדי מים שהכללים אינם חלים עליהם. בהתאם לכך, מוצע לבטל את הסעיף.

**סעיף 7** מוצע להוסיף בתוספת את נוסח טופס הבקשה לאישור דגם מד מים. הטופס כולל את פירוט המסמכים שעל המבקש לצרף לבקשתו.

**סעיף 8** מוצע לקבוע כי החל מהיום הקובע, לאחר תקופת היערכות מספקת, המשקפת את ההליכים הרבים הנדרשים על מנת להביא את שוק מדי המים להסדרת אישורים רשמיים, אשר אינם קיימים כיום – לא יהיה רשאי ספק או מפיק או תאגיד צרכן להתקין מד מים חדש, אלא אם כן הוא מד מים שאושר בידי מנהל הרשות וסומן לפי הכללים.

יצוין כי קביעת המועד נעשתה בעקבות עמדות שנשמעו בענין פרק הזמן הדרוש להיערכות ואין בכך בכדי להוות עמדה בדבר הנעשה בשוק מדי המים כיום.

במהלך תקופה נוספת, עד 1.1.2021, יהיה רשאי ספק או מפיק או תאגיד צרכן להשתמש בדגמים של מדי מים שהותקנו לפני היום הקובע ולא אושרו בהתאם לכללים. עד תום תקופה זו

נדרשים הספקים, המפיקים והתאגידים הצרכנים להסיר כל מד מים שמשמש אותם ושאינו מד מים שאושרו לפי הכללים.

לאחר תקופה נוספת, מיום 1.1.2021, ניתן יהיה להשתמש במד מים מדגם שאושר והותקן לפני היום הקובע, גם אם לא סומן. זאת, עד המועד האחרון לכיול ולבדיקה של מד המים לפי סעיפים 44 ו-45 לכללים העיקריים. בנוסף, בעקבות השינוי שצפוי לחול בתקן הישראלי למדי מים מתחילת שנת 2017, ניתן יהיה להמשיך את השימוש גם במדי מים שאושרו לפי התקן הקיים כיום וקיבלו אישור התאמה לתקן לפי סעיף 12(א) לחוק התקנים, תשי"ג-1953 או לפי סמכות מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 54 לכללים בנוסחם הקודם, גם אם לא אושרו לפי הכללים, עד המועד האחרון לכיול ולבדיקה שלהם כאמור.

קביעת תקופות ההיערכות והמעבר נועדו למנוע את הבעיות העלולות להיווצר אם לא תתאפשר תקופה סבירה נוספת של שימוש במדים שאינם מסומנים או שלא הובאו לאישור מנהל הרשות הממשלתית.

הכללים המוצעים מסדירים מצב קיים, שבו מותקנים מדי מים שלא קיבלו הכרה של מכון התקנים בשל העדר אפשרות מעשית לקבלה כאמור. מאחר והכללים נועדו לאפשר לספקים, למפיקים ולתאגידים הצרכנים להגיש בקשות לאישור דגמים ללא דיחוי ולאור העובדה כי הכללים עצמם קובעים תקופת היערכות, הרי שתחולתם עם הפרסום.